

# Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin  
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645  
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, <http://www.kp.org.pl>

Świebodzin, 20 kwietnia 2017 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. System monitoringu poziomu wody w torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu LIFE15 CCM/DE/138*

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dn. 20/04/2017 r., o następującej treści :


**Pytanie 1:** Zamawiający wymaga dostarczenia **automatycznego rejestratora parametrów meteorologicznych** mierzącego temperaturę z dokładnością do 0,1 st. C. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę systemu mierzącego temperaturę z dokładnością lepszą niż +/-0,5 st. C dla zakresu pomiarowego od -5 st. C do +70 st. C i lepszą niż +/-1 st. C dla zakresu od -40 st. C do -5 st. C i od +70 st. C do +80 st. C (pełny zakres pomiarowy czujnika od -40 st. C do + 80 st. C). Pomiar z rozdzielczością 0,1 st. C.

**Zamawiający informuje:** Zgodnie treścią pkt III.5 tiret trzeci automatyczny rejestrator parametrów meteorologicznych powinien wykonywać „pomiar temperatury co najmniej z dokładnością do 0,1 stopnia C w zakresie -40 do +50 stopni C.” Jednakże poprzez „dokładność do 0,1 stopnia C” Zamawiający rozumie rozdzielczość pomiaru. Zamawiający zatem dopuści dostawę systemu pomiarowego o ww. parametrach.

**Pytanie 2:** Ze względu na to, iż instalacja przyrządów odbywać się będzie na terenie w Słowińskiego Parku Narodowego niezbędna będzie najprawdopodobniej zgoda na poruszanie się samochodem po terenie Parku. Proszę o informację, czy za uzyskanie zgody na poruszanie się po Parku ekipy instalującej sprzęt odpowiadał będzie Zamawiający czy będzie to leżało po stronie Wykonawcy?

**Zamawiający informuje:** Uzyskanie zgody na poruszanie się oraz dokonanie instalacji leży w gestii Zamawiającego.

**Pytanie 3:** Załączone do SIWZ mapy pokazujące lokalizację instalacji urządzeń są dość ogólne w związku z tym proszę o informację, czy Zamawiający poda Wykonawcy dokładne lokalizacje (współrzędne geograficzne) punktów pomiarowych lub też czy przedstawiciel Zamawiającego



# Klub Przyrodników

---

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin  
Konto: BZ WBK SA o/Świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645  
tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, <http://www.kp.org.pl>

będzie uczestniczył w instalacji i wskazywał na bieżąco wyznaczone wcześniej miejsca instalacji urządzeń, tak aby uniknąć wyznaczania dokładnych lokalizacji w trakcie instalacji?

**Zamawiający informuje:** iż będzie uczestniczył w instalacji i na bieżąco wskazywał dokładne miejsca instalacji. Przybliżone lokalizacje mogą zostać Wykonawcy udostępnione w postaci plików SHP, z zastrzeżeniem, iż wskazane w nich punkty są jedynie orientacyjnymi lokalizacjami i mogą ulec zmianie w trakcie instalacji.

  
Prezes Klubu  
mgr inż. Robert Stańko